

ОБГРУНТУВАННЯ

на закупівлю по предмету:

Послуги з технічного обслуговування проточного цитометра BD FACSLyric серійний номер R663029000070

код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Мета: На підставі Акту обстеження проточного цитометра BD FACSLyric серійний номер R663029000070 інженером виявлено несправність диференціального датчика тиску (видає помилку vacuum pressure out of range та CMS error) що періодично призводить до зменшення швидкості потоку і неможливості проведення точного лабораторного аналізу.

Закупівля проводиться за для безперебійної роботи лабораторії цмуноцитології відділу клінічної імунології ІКР.

1. Місце надання послуг: м. Київ, проспект Берестейський, 119/121

Таблиця №1

№	Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню	Серійний номер
1.	Проточний цитометр BD FACSLyric	R663029000070

Перелік робіт:

1. Послуги з поточного ремонту проточного цитофлуориметра BD FACSLyric із заміни диференціального датчика тиску.
2. Послуги з технічного обслуговування проточного цитофлуориметра BD FACSLyric з заміною фільтрів, фітінгів, ущільнювальних кілець з використанням набору для профілактичного обслуговування, промивання і очищення системи, перевірка налаштувань оптичної системи, калібрування приладу.

Відповідно до розрахунків (комерційних пропозицій) очікувана вартість закупівлі складає: 243 800,00 грн. з ПДВ